



## **Picos para IPX5 / IPX6**

(IEC 60529)

- Descripción del equipo.
- Características Técnicas.



## Descripción del equipo

Este dispositivo se utiliza para el ensayo de verificación de los grados de protección a los riesgos de la penetración del agua proporcionada por las envolturas de los equipos en cumplimiento de la segunda cifra N° 5 (IPX5) y la segunda cifra N° 6, de acuerdo a la norma IEC 60529.

El dispositivo es un pico específico para poder arrojar un chorro de agua. Su utilización se encuentra descrita en el apartado 14.2.5 de la IEC 60529 (IPX5) y en el apartado 14.2.6 de la IEC 60529 (IPX6)

## Características Técnicas

- **Material:** Bronce.
- **Terminación metálica:** Baño de cromo.
- **Diámetro de salida:**
  - ◆ IPX5: Ø 6,3 mm.
  - ◆ IPX6: Ø 12,5 mm.
- De acuerdo a la norma: IEC 60529.

Punta del Indio 7411 . Tel. +54 0341 236 1973  
2000 Rosario . Argentina  
contacto@seguridadelectrica.com  
[www.seguridadelectrica.com](http://www.seguridadelectrica.com)